

Leikkaustiimin tarkistuslista – LIHAVOIDUT KOHDAT LUETAAN ÄÄNEEN

Alkutarkistus	Tarkistus ennen leikkausviiltoa	Lopputarkistus
<i>Ennen anestesian aloitusta anesthesiologi tai ah pyytää</i>	<i>"Aikalisä" kirurgin tullessa saliin</i>	<i>Ennen kirurgin poistumista salista</i>
<ul style="list-style-type: none">■ Potilas on varmistanut henkilöllisyytensä, toimenpiteen ja leikkausalueen/-puolen<ul style="list-style-type: none">• Kyllä■ Leikkausalue merkitty<ul style="list-style-type: none">• Kyllä• Ei sovellu■ Anestesiavalmius<ul style="list-style-type: none">• Kyllä■ Potilaalla on toimiva saturaatiomittari<ul style="list-style-type: none">• Kyllä■ Allergiat<ul style="list-style-type: none">• Ei ole• On■ Potilaalla vaikea hengitystie / aspiraation vaara<ul style="list-style-type: none">• Ei• Kyllä, tarvittavat laitteet ja apu saatavissa■ Verenvuotoriski yli 500 ml (lapsilla 7ml/kg)<ul style="list-style-type: none">• Ei• Kyllä, ja kaksi IV/CV reittiä ja nesteistä suunniteltu	<ul style="list-style-type: none">■ Tiimin nimet ja tehtävät tiedossa■ Potilas, leikkauskohde ja toimenpide varmistettu■ Antibioottiprofylaksia<ul style="list-style-type: none">• Annettu 60 min sisällä• Ei tarvita■ Odotetut kriittiset tekijät<ul style="list-style-type: none">• Leikkaava lääkäri:<ul style="list-style-type: none">○ Leikkauksen kriittiset vaiheet○ Rutiinista poikkeavat suunnitelmat○ Leikkauksen oletettu kesto○ Arvioitu verenvuoto• Anestesiologi / hoitaja:<ul style="list-style-type: none">○ Erityiset potilaskohtaiset huolenaiheet• Instrumentti-/valvovahoitaja<ul style="list-style-type: none">○ Steriliteetti varmistettu○ Välineistöön liittyvät ongelmat tai muut huolenaiheet■ Radiologiset kuvat<ul style="list-style-type: none">• Esillä• Ei tarvita	<p>Hoitajat vahvistavat ääneen, että:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Diagnoosi, toimenpiteen nimi ja koodit kirjattu■ Instrumentit, taitokset ja neulat laskettu ja täsmäävät■ Näytteet merkitty ja ilmoitettu■ Mahdolliset välineistöongelmat huomioitu <p>Kirurgi, anesthesiologi ja hoitajat:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Jatkohoito-ohjeet annettu ja kirjattu

Pohjautuu WHO:n Surgical Safety Checklistiin.