

# Potilas Vakuutus keskus

Vaaratilanne vai potilasvahinko

Salla Salmenkivi

EHL, PVK:n hammaslääket. ylilääkäri

Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys

# POTILASVAHINGOT JA POTILASTURVALLISUUS

## LAITETURVALLISUUS

- Laitteet
- Laitteiden käyttö

## HOIDON TURVALLISUUS

- Hoitomenetelmät
- Hoidon toteuttaminen

## LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUS

- Lääketurvallisuus
- Lääkitysturvallisuus

----- S U O J A U K S E T -----

VAARATILANNE

VAARATAPAHTUMA

# POTILASVAHINGOT JA POTILASTURVALLISUUS

VAARATAPAHTUMA

LÄHELTÄ PITI- TAPAHTUMA

HAITTATAPAHTUMA

EI HAITTAA POTILAALLE

HAITTA POTILAALLE

Ei  
henkilö-  
vahinko

Henkilö-  
vahinko

POTILASVAHINKO ?

# POTILASVAHINKO

Tutkimuksesta, hoidosta tai niiden laiminlyönnistä potilaalle todennäköisesti aiheutunut **henkilövahinko**

- Hoidettu Suomessa
- Tapahtunut terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä
- POTILASVAKUUTUSKESKUS arvioi
- Suun terveydenhuoltoa koskevia n 350-400/vuosi

# Potilasvahinkojen korvausperusteet

- **Hoitovahinko** (93%, suun th 98,8%)
- Infektiovahinko (5%, suun th 0,5%)
- Tapaturmavahinko (0,5% suun th 0%)
- Laittevahinko (0,3%, suun th 0-2 tap./vuosi)
- Implanttivahinko (2021 alkaen)
- Hoituhuoneiston tai -laitteiston (palo)vahinko
- Lääkkeen toimittamisvahinko
- Kohtuuton vahinko

# Hoitovahinko

Korvataan, mikäli kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut, hoitanut tai hoitanut potilasta toisin ja siten todennäköisesti välttänyt vahingon

# ONKO KYSEESSÄ HOITOVAHINKO?

- ONKO HOIDOLLE OLLUT LÄÄKETIETEELLINEN PERUSTE?
- ONKO AMMATTISTANDARDI TÄYTTYNYT HOIDON ERI OSISSA?
  - kokeneen ammattihenkilön ammatillisen osaamisen taso
  - jos ammattistandardi ei ole täyttynyt, onko potilaalle aiheutunut tästä henkilövahinkoa?
  - lisäksi huomioitava mm. vahingon vanhenemissäännöt



# Hoitovahinkoa ei ole tapahtunut, kun...

- vaivat johtuvat perussairaudesta tai -vammasta
- aiheellinen, asianmukaisesti toteutettu, hyväksyttyjä hoitotapoja käyttäen tehty hoito ei johda toivottuun lopputulokseen
- ennalta tunnettu riski toteutuu
- aina mahdollinen komplikaatio



# LAITEVAHINKO

- tutkimuksessa tai hoidossa käytetyn lääkinnällisen laitteen tai -välineen viasta potilaalle aiheutunut henkilövahinko
- kun laite ei toimi tarkoitetulla tavalla, eikä tapahtuma johdu terveydenhoidon ammattihenkilön menettelystä

# Implanttivahinko

- koskee 1.1.2021 jälkeen potilaaseen kiinnitettyjä, pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettuja laitteita
- kun laite ei ole niin turvallinen kuin on aihetta olettaa
- esim. hammasimplantit potentiaalisesti
- ei koske esim. irtoproteeseja tai oikomisessa käytettäviä laitteita

# Esimerkki potilasvakuutuslain tarkoittamasta mahdollisesta laitevahingosta

- alaviisaudenhampaan poistoleikkauksessa poran käsikappale kuumenee ja aiheuttaa palovamman potilaan suupieleen
  - > laite ei toimi tarkoitetulla tavalla
- yltääkö korvattavuuteen?

# Laitteeseen liittyvä vaaratilanne, hoitovahinko vai laitevahinko?

- Implantti reg d 45 murtuu kaulaosastaan kolmen vuoden käytön jälkeen, implantti asetettu huomattavaan bukkaalisuuntaiseen kallistuskulmaan, bukkaalikuspissa parentakontakti

# Laitteeseen liittyvä vaaratilanne vai potilasvahinko? Laitteevahinko?

- Implanttiproteettisen ruuvin primäärikiristyksessä ruuvi katkeaa

# Laitteeseen liittyvä vaaratilanne vai potilasvahinko?

- Potilaalle valmistettu paksu purentakisko, potilas ei totu vaan vaivat pahenevat



# KIITOS!



[salla.salmenkivi@vakuutuskeskus.fi](mailto:salla.salmenkivi@vakuutuskeskus.fi)



[www.pvk.fi](http://www.pvk.fi)



[@potilasvakuutus](https://twitter.com/potilasvakuutus)